



Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
по Республике Башкортостан

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований законодательства  
от «29» ноября 2016 года

Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Башкортостан на основании Приказа Руководителя от 15.11.2016 П03-535л/16 проведена плановая проверка Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 157 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МАДОУ Детский сад № 157) (ИНН 0276043820; ОГРН 1030204203479)

Юридический адрес учреждения: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. 50 лет СССР, д. 42, корпус 2

Места осуществления деятельности: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. 50 лет СССР, д. 42, корпус 2 (для юридических лиц – наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, включая места нахождения территориально обособленных подразделений и объектов, используемых для осуществления медицинской деятельности; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, места нахождения территориально обособленных подразделений и объектов, используемых для осуществления медицинской деятельности).

В ходе проверки МАДОУ Детский сад № 157 установлено, что:

- 1) выявлены нарушения ст. 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, приказа Минздрава РФ от 21.11.2013 №822н в части недостаточности оборудования согласно стандарту оснащения: оториноскоп с набором воронок, пипетки, комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот», аппарат искусственной вентиляции легких Амбу, гелевый охлаждающе-согревающий пакет, носилки. В работе используется воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот», документы на данное устройство не представлены, в работе используются два тонометра LD-71, один тонометр электронный AMD 501, манжета и груша для тонометра LD-71 находятся в нефункциональном состоянии – механические дефекты – требует ремонта либо списания.
- 2) в нарушение статьи п. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ в ходе проверки использование работе воздуховода для искусственного дыхания «рот в рот», документы на данное устройство не представлены, в работе используются два тонометра LD-71, один тонометр электронный AMD 501, манжета и груша для тонометра LD-71 находятся в нефункциональном состоянии – механические дефекты – требует ремонта либо списания. Всего в работе используются 18 облучателей бактерицидных: СН 211 (№30 в балансовой ведомости), ОБН-150 (10 единиц, №№ 11,12,29 в балансовой ведомости), облучатель рециркулятор Дезар 4 (2 единицы, №№ 33,34 в балансовой ведомости), облучатель рециркулятор «Кропт» настенный (2 единицы, №№31,32 в балансовой ведомости), облучатель бактерицидный ОБНП – 2 (30-01) (№ 28 в балансовой ведомости), облучатель ОБНП 2 (2x15-01) (№ 26 в балансовой ведомости), при этом, согласно представленному договору на техническое обслуживание медицинской техники с ГУП «Медтехника» от 04.04.2016 на техническом обслуживании находятся только 1 ОБН-150 и облучатель ОБНП 2 (2x15-01) (№ 26 в балансовой ведомости), также на техническом обслуживании не состоит измеритель артериального давления

Omron 501 (№ 21 в балансовой ведомости).

- 3) В нарушение ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ протоколы заседаний комиссии по осуществлению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности не представлены.

С целью предупреждения возникновения нарушений предлагаю:

- 1) Рассмотреть настоящее Предписание;
- 2) по пункту 1 настоящего предписания: доукомплектовать оснащение медицинского блока в соответствии со стандартом, утвержденным Приказом Минздрава РФ от 21.11.2013 №822н;
- 3) по пункту 2 настоящего предписания: обеспечить использование в медицинской деятельности медицинских изделий с актуальными сроками годности. Обеспечить техническое обслуживание медицинских изделий.
- 4) По пункту 3 настоящего предписания: обеспечить проведение заседаний комиссии по осуществлению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности не представлены.

(указать обязательные мероприятия для устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Заведующую МАДОУ Детский сад № 157 Шамсиеву Г.С.

Срок исполнения предписания до 01.02.2017.

Должностные лица:

Мавлютов Р.О. – главный специалист отдела  
контроля за переданными полномочиями  
и лицензирования

(Должность, ФИО)



(подпись)